ការអនុវត្តការ
ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង
នៅប្រទេសកម្ពុជា

បង្ហាញដោយលោកវេជ្ជ.លី ពេញស៊ុន

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

PEPFAR U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief

fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES

LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations

ប្រធានបទ

1. គោលបំណង និងគោលការណ៍
2. សកម្មភាពចំបងក្នុងការអនុវត្ត HIVST
3. ជំហានគន្លឹះក្នុងការទទួលសេវា HIVST
4. យុទ្ធសាស្ត្រការអនុវត្ត HIVST

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

PEPFAR U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief

fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES

LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations

គោលដៅ

- ចូលរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ និងបញ្ចប់ជំងឺអេដស៍ ដែលជាការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈនៅឆ្នាំ២០២៥ នៅកម្ពុជា ដោយឈានទៅសម្រេចបានគោលដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ តាម រយៈការផ្តល់បន្ថែមនូវជម្រើសនានាក្នុងការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ និងបង្កភាពងាយទទួលយកបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
PEPFAR U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief
fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES
LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations

គោលការជាមូលដ្ឋាន

- **លទ្ធផលតេស្តដោយខ្លួនឯងដែលមានប្រតិកម្ម** គឺគ្រាន់តែជាតេស្តដំបូង មិនមែនជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នោះទេ
- **លទ្ធផលតេស្តដែលគ្មានប្រតិកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថា អវិជ្ជមាន** ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងអំឡុងពេល៦សប្តាហ៍អាចស្ថិតក្នុង "រយៈពេលចំហ"
- តេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯងមិនគួរធ្វើតេស្តចំពោះនរណាម្នាក់ដែលកំពុងប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ (ART)
- អ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង ឬពីការបកស្រាយលទ្ធផលតេស្តដោយខ្លួនឯង

សកម្មភាពជាសារវ័ន្ត ដែលត្រូវរៀបចំឡើង ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត

វិធីសាស្ត្រក្នុងការទទួលសេវា HIVST



អ្វីខ្លះមាននៅក្នុងកញ្ចប់តេស្ត

OraQuick™

- ជើងទម្រ ដបទឹកសូលូស្យុង ដងសម្រាប់ធ្វើតេស្ត
- ខិត្តប័ណ្ណណែនាំជាភាសាខ្មែរពន្យល់ប្រាប់ពីដំណើរការប្រមូលសំណាកសម្រាប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ដោយខ្លួនឯង វិធីធ្វើតេស្ត និងការបកស្រាយលទ្ធផលតេស្ត។

របៀបធ្វើតេស្ត OraQuick™ HIV 1/2 Rapid Antibody



បំណកស្រាយលទ្ធផលតេស្ត OraQuick™

គ្មានប្រតិកម្ម/អវិជ្ជមាន (NON-REACTIVE)





មានប្រតិកម្ម/វិជ្ជមាន (REACTIVE)

បន្ទាត់ពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកលេចឡើងនៅជាប់នឹងរូបត្រីកោណអក្សរ “C” **និង** បន្ទាត់ពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកលេចឡើងនៅជាប់នឹងរូបត្រីកោណអក្សរ “T” ។ បន្ទាត់មួយអាចច្បាស់ជាងបន្ទាត់មួយទៀត។

NOTE: *The test is **Reactive** if **a complete** reddish-purple line appears next to the “T” triangle **and** next to the “C” triangle, no matter how faint these lines are.*

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
PEPFAR U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief
fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES
LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations

លទ្ធផលតេស្តមិនអាចបកស្រាយបាន

មិនមាន បន្ទាត់ពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកលេចឡើងនៅជាប់នឹងរូបត្រីកោណអក្សរ "C" ទេ (មើលរូប *a និង b*)

ស្រមោលបន្ទាត់ក្រហមនៅក្នុងប្រឡោះលទ្ធផលដែលពិបាកមើលវាឃើញក្រោយរយៈពេល ២០នាទី (មើលរូបភាព *c*)

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
PEPFAR U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief
fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES
LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations

សូមអរគុណ